

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ/CE**

SECRETARIA DE SAÚDE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.06.11.001

**MAPA DE APURAÇÃO DE LANCES VERBAIS**

Número de Ordem	PROPOSTAS APRESENTADAS				DEMONSTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DOS LANCES							
	LICITANTES	VALOR	CLASSIFICADAS		Ordem por Licitante	Sequência						
			< Preço	< Preço mais 10%		1º Lance	2º Lance	3º Lance	4º Lance	5º Lance	6º Lance	
1	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 97.000,00	X		1	R\$ 95.000,00	R\$ 81.000,00	VENCEDOR				
2	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	R\$ 99.000,00	X		2	R\$ 96.000,00	R\$ 82.000,00	SEM LANCE				
3	PHILIPS MEDICAL SYSTMS LTDA	R\$ 123.000,00		X	3			SEM LANCE				
4	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA	R\$ 135.000,00		X	4			SEM LANCE				
5	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 152.244,06		X	5			SEM LANCE				
6	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	R\$ 207.200,00		X	6			SEM LANCE				
7	VMI TECNOLOGIAS LTDA							DESCREDCIADA				

Nº DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR GLOBAL		VENCEDORA
				R\$	R\$	
1	ULTRASSOM, Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou cliques em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão	UND	1	R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
				R\$ 183.292,26	R\$ 81.000,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fis. 833  
RUBRICA

Número de Ordem	PROPOSTAS APRESENTADAS				DEMONSTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DOS LANCES						
	LICITANTES	VALOR	CLASSIFICADAS		Ordem por Licitante	Sequência					
			< Preço	< Preço mais 10%		1º Lance	2º Lance	3º Lance	4º Lance	5º Lance	6º Lance
1	VMI TECNOLOGIAS LTDA	R\$ 95.000,00	X		1	DESCREDCIADA					
2	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 110.215,29		X	2	R\$ 94.999,00	VENCEDOR				
3	MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA	R\$ 117.000,00		X	3	SEM LANCE					
4	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	R\$ 152.000,00		X	4	SEM LANCE					
5	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA										
6	PHILIPS MEDICAL SYSTMS LTDA										
7	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										

Nº DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR		VENCEDORA
					GLOBAL	
2	APARELHO DE RAIOS X MOVEL, Comando e gerador de raios-x; Potência de no mínimo de 15kW ou superior; Sistema de Controle microprocessado; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 90 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 RPM; Foco duplo de no máximo 1,5mm e 0,6mm ou foco único de 0,8mm; Capacidade calórica do ânodo de no mínimo 105kHU ou superior. Colimador manual com campo luminoso ajustável indicando área a ser irradiada; Temporizador eletrônico de 30s; Rotação do campo de radiação de pelo menos 180 graus.	UND	1	R\$ 94.999,00	R\$ 94.999,00	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
				R\$ 161.510,42	R\$ 94.999,00	

  
 Francisco Paulo Ravy Leite  
 Pregoeiro

Massapé/CE, 25 de junho de 2018.



